

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Директор МОАУ СОШ с. Томское  
Худяк Н.П.  
« 01 » 09 2018 г.

АКТ  
приемки кабинета физики к новому 2018-2019 учебному году

« 01 » сентября 2018 г.

Комиссия, назначенная приказом директора от «01» сентября 2018 г. № 259 в составе:

Председатель: Худяк Н.П.

Члены комиссии:

Войчук Н.П. – зам директора по АХЧР;

Цуцура В.В. - заведующий кабинетом физики, учитель физики;

Томилина С.В. – фельдшер школы;

Аникин Ю.Г. – ответственный по охране труда;

Подкопаева О.В. - председатель профкома школы  
установила:

1. Площадь:

на одного обучающегося (по норме 3 кв.м ), фактически лаборантской (по норме 32 кв.м},  
фактически \_\_\_\_\_

2. Освещение искусственное:

люминесцентные светильники типа – ЛБ-40.

освещенность на высоте 0,8 м от пола (по норме 300 лк) фактически 01

3. Проветривание помещения через фрамуги обеспечено, открыть и закрыть фрамуги возможно с подоконника.

4. Окна: фрамуги открываются от пола ( нет). Остекление: целое.

5. Аптечка имеется, укомплектована.

6. Использование кабинета физики для проведения других занятий: да .

7. Обеспеченность кабинета электрическим распределительным щитом с разделительным трансформатором типа КЭФ: нет.

8. Оснащение ученических столов электрическими розетками с напряжением переменного тока 42 В, 220 В. - нет.

9. Наличие противопожарного инвентаря: ящик с песком имеется , лопатка имеется , полотно, пропитанное огнестойким составом имеется ,огнетушитель углекислотный имеется

10. Химические реактивы (наименование) – нет.

11. Наличие проекционной аппаратуры: марка Soni 3LCD , исправных 1 , неисправных нет.

12. Наличие ртутьсодержащих приборов: наименование - нет.

13. Обеспеченность кабинета приборами по перечню учебно-наглядных пособий: - не полностью (оборудование для лабораторных работ; «Молекулярная физика»).

14. Наличие приборов с открытыми токоведущими частями наименование - нет.

15. Сведения об учителе физики:

Цуцура Валентина Викторовна, педагогический стаж 29 лет,

- курсовую переподготовку по специальности прошла в 2014 году,

- обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего года на 01.09.2015 г.

16. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются.

На основании осмотра кабинета физики №21 и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать кабинет физики №21 готовым к проведению занятий в 2018-2019 учебном году.

Председатель \_\_\_\_\_ Н.П. Худяк

Члены комиссии \_\_\_\_\_ Н.П. Войчук

\_\_\_\_\_ В.В. Цуцура

\_\_\_\_\_ С.В. Томилина

\_\_\_\_\_ Ю.Г. Аникин

\_\_\_\_\_ О.В. Подкопаева